

DAVO-MEG® 1002 – Isolationsprovare

– 250, 500 och 1000V - uppladdningsbar



DAVO-MEG 1002 är en danskproducerad analog isolationsmätare av mycket hög kvalitet. Instrumentet har valfri testspänning 250, 500 samt 1000V och är utmärkt och lätthanterlig för snabba mätningar. Den inbyggda vridspolen visar tydligt om isolationsmätningen följer starkströmsföreskrifterna, avläsningen är direkt och utan omräkning vid alla testspänningar.

DAVO-MEG 1002 mäter nätspänningen direkt vid tillslutning och kan dessutom avleda kabelns kapacitans efter en mätning, därför är säkerheten helt i topp. Isolationstestaren är försedd med elektronisk HOLD av testknappen så bägge händerna är fria under mätningen. Instrumentet levereras med uppladdningsbart batteri med extra stor kapacitet som håller till ännu flera mätningar och en ny smart laddfunktion så man inte kan överladda batteriet.

DAVO-MEG 1002 är känd som en av de mest sålda isolationsmätarna i Skandinavien i mer än 30 år. Instrumentet levereras med väska, uppladdningsbart batteri, testledningarna och manual. Uppfyller IEC 61010-1 KAT III 300V.

Tekniska Data:

Batteri

Batteri: 1 NiMH (inkl.)

Isolationstestare

Display : Analog
 Säkerhetskategori: CAT III
 AC A område: 0-600V AC 40-60Hz
 AC V noggrannhet: ±2,5%
 Batteri: 7,2V genopladdligt inkl.
 Dimensioner: 156x110x59mm
 Isolationsresistans testspänning: 250, 500 og 1000V valgfri
 Resistans område: 0-300MΩ;
 Nettovikt: 585g
 TestStröm A: 1mA
 Visning: Analog
 Isolationsmodståndsmätning: 250 V ,500 V ,1000 V
 Spänningsmätning: Ja

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Batteri: | , Genopladeligt, Inkl. |
| Vikt (g): | 585 |
| Dimensioner HxBxD (mm): | 156 x 110 x 59 |

Tilbehör

| EAN | E-NR | Produkt |
|---------------|-------------|---|
| 5703534100035 | | Laddningsledning Davo-Meg 1002, Metrel MI2077, MI32xx typ C7 |
| 5703534830154 | 4290385 | Ledningsset 7 |
| 5703534100080 | | Väska för DAVOMEG |
| 5706445320288 | 4290388 | Ledningsset 3 |
| 5703534100066 | | Batteriset 7,2V, NiMH för Davo-Meg 1002 |
| 200260 | 4290692 | Kalibrering av isolationstestare 1kV |